



天津市计量监督检测科学研究院

Tianjin Institute of Metrological Supervision and Testing

检定证书

Verification Certificate

证书编号: FYLy122039721-001
Certificate No.

送检单位

Name of Client

中国医学科学院血液病医院（中国医学科学院血液学研究所）

计量器具名称

Name of Instrument

医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源

型号/规格

Model/Type

Ingenuity

出厂编号

Serial No.

32161

制造厂

Manufacturer

飞利浦

检定依据

Verification Regulation

JJG961-2017《医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源检定规程》

检定结论

Conclusion

合格

批准人:

Approved by

刘振林

(机构检定专用章)

核验员:

Checked by

蒋君杰

检定员:

Verified by

董新宇

检定日期

Date of Verification

2022

年

06

月

24

日

有效期至

Date of Expiry

2023

年

06

月

23

日



本院地址: 天津市南开区科研西路4号

Add.: No.4 KeYan West Road, NanKai District, Tianjin, China

邮编编码: 300192

Post Code

电子邮件: timstbmd@126.com

E-mail

服务电话: 022-23009329

Telephone

传真号码: 022-23009354

Fax

投诉电话: 022-23009322

Complaint Tel.

天津市计量监督检测科学研究院检定证书

Verification Certificate of TIMST

证书编号: FYLY122039721-001

Certificate No.



天津市计量监督检测科学研究院是国家法定计量检定机构

Tianjin Institute of Metrological Supervision and Testing is National Legal Metrological Verification Organization.

国家法定计量检定机构授权证书号: (国) 法计[2017]01009号

The number of Certificate of metrological authorization to The Legal Metrological Verification Institution is No.[2017]01009

检定环境条件及地点

Verification Environmental Conditions and Location

检定地点 Location	中国医学科学院血液病医院 (中国医学科学院血液学研究所) CT室				
温度 Temperature	20.0℃	相对湿度 Relative Humidity	40%	其它 Others	/

检定使用的计量标准

Measurement Standard for Verification

名称 Name	测量范围 Measurement Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	计量标准证书编号 The Number of Measurement Standard Certificate	有效期至 Date of Expiry
医用诊断螺旋计算机断层摄影装置 (CT) X射线辐射源 检定装置	0.2 μGy/s~ 350mGy/s	$U_{rel}=3.2\%$, $k=2$	[2022]津量标津法 证字第085号	2027-03-17

本次检定所使用的主要计量器具

Main Measuring Instruments Used in This Verification

名称 Name	出厂编号 Serial No.	测量范围 Measurement Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	计量器具 证书编号 Certificate No.	有效期至 Date of Expiry
多功能剂量仪	BC1- 06040127+MP D-06040103	0.2 μGy/s~ 350mGy/min	校准因子 N_k , $U_{rel}=3.2\%$ ($k=2$), 相对 固有误差 1 : $U_{rel}=4.0\%$ ($k=2$)	DLj12022- 00410, DLj12022-00411	2023-01-12
CT性能模体	500108	/	/	DLj12022- 00961	2024-01-20

以上计量器具的量值溯源至国家基准。

The above measuring value of instruments could be traced to the primary standard of People's Republic of China.

☐ 我院仅对加盖“天津市计量监督检测科学研究院检定专用章”的完整证书负责;

Our Institute only takes responsibility for complete certificates stamped with the specified verification seal of "Tianjin Institute of Metrological Supervision and Testing".

☐ 本证书的检定结果仅对本次所检定的计量器具有效。

The results represent only the sample(s) of this verification.

☐ 报告中英文两种语言表达, 准确含义以中文为准。

The report is issued by both Chinese and English; any objection should be based on the Chinese expression.

天津市计量监督检测科学研究院检定证书

Verification Certificate of TIMST

证书编号:

FYLY122039721-001

Certificate No.



检定结果

Results of Verification

一、检定条件

管电压: 120 kV

电流时间积: 200 mAs

二、检定结果

1. 剂量指数:

31.7 mGy

2. 均匀性:

4.8 HU

3. 噪声水平:

0.46 %

4. CT值:

水: -0.40 HU

空气: -998.80 HU

5. 层厚误差:

0.0 mm

6. 空间分辨力

6 Lp/cm

7. 低对比分辨力:

1%对比度能分辨模体中 3mm 圆孔

0.3%对比度能分辨模体
中 6mm 圆孔

三、检定结果的不确定度

$U_{rel}=7.6\%$, $k=2$

以下空白



天津市计量监督检测科学研究院

Tianjin Institute of Metrological Supervision and Testing

检定证书

Verification Certificate

证书编号: FYLyl22039721-002
Certificate No.

送检单位

Name of Client

中国医学科学院血液病医院 (中国医学科学院血液学研究所)

计量器具名称

Name of Instrument

医用诊断螺旋计算机断层摄影装置 (CT) X射线辐射源

型号 / 规格

Model/Type

uCT 960+

出厂编号

Serial No.

860024

制造厂

Manufacturer

联影

检定依据

Verification Regulation

JJG961-2017 《医用诊断螺旋计算机断层摄影装置 (CT) X射线辐射源检定规程》

检定结论

Conclusion

合格

批准人:

Approved by

刘振林

(机构检定专用章)

核验员:

Checked by

蒋君杰

检定员:

Verified by

董新宇

检定日期

Date of Verification

2022

年

06

月

24

日

有效期至

Date of Expiry

2023

年

06

月

23

日



本院地址: 天津市南开区科研西路4号

Add.: No.4 KeYan West Road, NanKai District, Tianjin, China

邮编编码: 300192

Post Code

电子邮件: timstbmd@126.com

E-mail

服务电话: 022-23009329

Telephone

传真号码: 022-23009354

Fax

投诉电话: 022-23009322

Complaint Tel.

天津市计量监督检测科学研究院检定证书

Verification Certificate of TIMST

证书编号: FYLY122039721-002

Certificate No.



天津市计量监督检测科学研究院是国家法定计量检定机构

Tianjin Institute of Metrological Supervision and Testing is National Legal Metrological Verification Organization.

国家法定计量检定机构授权证书号: (国) 法计[2017]01009号

The number of Certificate of metrological authorization to The Legal Metrological Verification Institution is No.[2017]01009

检定环境条件及地点

Verification Environmental Conditions and Location

检定地点 Location	中国医学科学院血液病医院 (中国医学科学院血液学研究所) CT室				
温度 Temperature	20.0℃	相对湿度 Relative Humidity	40%	其它 Others	/

检定使用的计量标准

Measurement Standard for Verification

名称 Name	测量范围 Measurement Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	计量标准证书编号 The Number of Measurement Standard Certificate	有效期至 Date of Expiry
医用诊断螺旋计算 机断层摄影装置 (CT) X射线辐射源 检定装置	0.2 μ Gy/s~ 350mGy/s	$U_{rel}=3.2\%$, $k=2$	[2022]津量标津法 证字第085号	2027-03-17

本次检定所使用的主要计量器具

Main Measuring Instruments Used in This Verification

名称 Name	出厂编号 Serial No.	测量范围 Measurement Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	计量器具 证书编号 Certificate No.	有效期至 Date of Expiry
多功能剂量仪	BC1-	0.2 μ Gy/s~	校准因子 N_k , $U_{rel}=3.2\%$ ($k=2$), 相对	DLj12022-	2023-01-12
	06040127+MP	350mGy/min	固有误差1: $U_{rel}=4.0\%$ ($k=2$)	00410,	
CT性能模体	D-06040103			DLj12022-00411	
	500108	/	/	DLj12022-	2024-01-20
				00961	

以上计量器具的量值溯源至国家基准。

The above measuring value of instruments could be traced to the primary standard of People's Republic of China.

☐ 我院仅对加盖“天津市计量监督检测科学研究院检定专用章”的完整证书负责;

Our Institute only takes responsibility for complete certificates stamped with the specified verification seal of "Tianjin Institute of Metrological Supervision and Testing".

☐ 本证书的检定结果仅对本次所检定的计量器具有效。

The results represent only the sample(s) of this verification.

☐ 报告中英文两种语言表达, 准确含义以中文为准。

The report is issued by both Chinese and English; any objection should be based on the Chinese expression.

天津市计量监督检测科学研究院检定证书

Verification Certificate of TIMST

证书编号:

FYLY122039721-002

Certificate No.



检定结果

Results of Verification

一、检定条件

管电压: 120 kV

电流时间积: 200 mAs

二、检定结果

1. 剂量指数:

33.4 mGy

2. 均匀性:

1.0 HU

3. 噪声水平:

0.38 %

4. CT值:

水: -1.60 HU

空气: -1005.00 HU

5. 层厚误差:

-0.1 mm

6. 空间分辨力

7 Lp/cm

7. 低对比分辨力:

1%对比度能分辨模体中 3mm 圆孔

0.3%对比度能分辨模体中 6mm 圆孔

三、检定结果的不确定度

$U_{rel}=7.6\%$, $k=2$

以下空白



天津市计量监督检测科学研究院

Tianjin Institute of Metrological Supervision and Testing

检定证书

Verification Certificate

证书编号: FYLyl22039720-001
Certificate No.

送检单位

Name of Client

中国医学科学院血液病医院（中国医学科学院血液学研究所）

计量器具名称

Name of Instrument

医用数字摄影（CR、DR）系统X射线辐射源

型号/规格

Model/Type

SRO 33100

出厂编号

Serial No.

248639

制造厂

Manufacturer

飞利浦

检定依据

Verification Regulation

JJG1078-2012《医用数字摄影（CR、DR）系统X射线辐射源》

检定结论

Conclusion

合格

（机构检定专用章）

批准人:

Approved by

刘振林

核验员:

Checked by

蒋君杰

检定员:

Verified by

董新宇

检定日期

Date of Verification

2022

年

06

月

23

日

有效期至

Date of Expiry

2023

年

06

月

22

日



本院地址: 天津市南开区科研西路4号

Add.: No.4 KeYan West Road, NanKai District, Tianjin, China

邮编编码: 300192

Post Code

电子邮件: timstbmd@126.com

E-mail

服务电话: 022-23009329

Telephone

传真号码: 022-23009354

Fax

投诉电话: 022-23009322

Complaint Tel.

天津市计量监督检测科学研究院检定证书

Verification Certificate of TIMST

证书编号: FYLY122039720-001

Certificate No.



天津市计量监督检测科学研究院是国家法定计量检定机构

Tianjin Institute of Metrological Supervision and Testing is National Legal Metrological Verification Organization.

国家法定计量检定机构授权证书号: (国) 法计[2017]01009号

The number of Certificate of metrological authorization to The Legal Metrological Verification Institution is No.[2017]01009

检定环境条件及地点

Verification Environmental Conditions and Location

检定地点 Location	中国医学科学院血液病医院 (中国医学科学院血液学研究所) 放射科			
温度 Temperature	20.0℃	相对湿度 Relative Humidity	40%	其它 Others

检定使用的计量标准

Measurement Standard for Verification

名称 Name	测量范围 Measurement Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	计量标准证书编号 The Number of Measurement Standard Certificate	有效期至 Date of Expiry
医用数字摄影 (CR、DR) 系统X射线 辐射源检定装置	1.0 μGy~1.0Gy	$U_{rel}=3.0\% (k=2)$	[2021]津量标津法 证字第047号	2026-09-02

本次检定所使用的主要计量器具

Main Measuring Instruments Used in This Verification

名称 Name	出厂编号 Serial No.	测量范围 Measurement Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	计量器具 证书编号 Certificate No.	有效期至 Date of Expiry
X射线诊断水平 剂量仪	129012	1 μGy~ 1.0Gy	$U_{rel}=3.0\% (k=2)$	校准字第 202107010262 号、校准字第 202107010263号	2022-07-26

以上计量器具的量值溯源至国家基准。

The above measuring value of instruments could be traced to the primary standard of People's Republic of China.

☐ 我院仅对加盖“天津市计量监督检测科学研究院检定专用章”的完整证书负责;

Our Institute only takes responsibility for complete certificates stamped with the specified verification seal of "Tianjin Institute of Metrological Supervision and Testing".

☐ 本证书的检定结果仅对本次所检定的计量器具有效。

The results represent only the sample(s) of this verification.

☐ 报告中英文两种语言表达, 准确含义以中文为准。

The report is issued by both Chinese and English; any objection should be based on the Chinese expression.

天津市计量监督检测科学研究院检定证书

Verification Certificate of TIMST

证书编号: FYLY122039720-001
Certificate No.



检定结果

Results of Verification

检定项目	检定结果	技术要求
辐射输出的空气比释动能	445.3 μ Gy	不大于10 mGy
辐射输出的重复性	0.2 %	不大于10%
辐射输出的质	2.7 mmAl	不小于2.1 mmAl
空间分辨力	28 Lp/cm	不小于20 Lp/cm
低对比度分辨力	2.2 %	不大于2.2%
光野与照射野一致性	1.2 %	不超过所选SID的2.0%
X射线管电压	-0.4 %	相对偏差不超过 $\pm$ 10%

以下空白



天津市计量监督检测科学研究院

Tianjin Institute of Metrological Supervision and Testing

检定证书

Verification Certificate

证书编号: FYLyl22039720-002
Certificate No.

送检单位

Name of Client

中国医学科学院血液病医院 (中国医学科学院血液学研究所)

计量器具名称

Name of Instrument

医用数字摄影 (CR、DR) 系统X射线辐射源

型号 / 规格

Model/Type

Mobilett Mira Max

出厂编号

Serial No.

4433

制造厂

Manufacturer

西门子

检定依据

Verification Regulation

JJG1078-2012《医用数字摄影 (CR、DR) 系统X射线辐射源》

检定结论

Conclusion

合格

(机构检定专用章)

批准人:

Approved by

刘振林

核验员:

Checked by

蒋君杰

检定员:

Verified by

董新宇

检定日期

Date of Verification

2022

年

06

月

23

日

有效期至

Date of Expiry

2023

年

06

月

22

日



本院地址: 天津市南开区科研西路4号

Add.: No.4 KeYan West Road, NanKai District, Tianjin, China

邮编编码: 300192

Post Code

电子邮件: timstbmd@126.com

E-mail

服务电话: 022-23009329

Telephone

传真号码: 022-23009354

Fax

投诉电话: 022-23009322

Complaint Tel.

天津市计量监督检测科学研究院检定证书

Verification Certificate of TIMST

证书编号: FYLyl22039720-002

Certificate No.



天津市计量监督检测科学研究院是国家法定计量检定机构

Tianjin Institute of Metrological Supervision and Testing is National Legal Metrological Verification Organization.

国家法定计量检定机构授权证书号: (国) 法计[2017]01009号

The number of Certificate of metrological authorization to The Legal Metrological Verification Institution is No.[2017]01009

检定环境条件及地点

Verification Environmental Conditions and Location

检定地点 Location	中国医学科学院血液病医院 (中国医学科学院血液学研究所) 放射科				
温度 Temperature	20.0℃	相对湿度 Relative Humidity	40%	其它 Others	/

检定使用的计量标准

Measurement Standard for Verification

名称 Name	测量范围 Measurement Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	计量标准证书编号 The Number of Measurement Standard Certificate	有效期至 Date of Expiry
医用数字摄影 (CR、DR) 系统X射 线辐射源检定装置	1.0 μGy~1.0Gy	$U_{rel}=3.0\% (k=2)$	[2021]津量标津法 证字第047号	2026-09-02

本次检定所使用的主要计量器具

Main Measuring Instruments Used in This Verification

名称 Name	出厂编号 Serial No.	测量范围 Measurement Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	计量器具 证书编号 Certificate No.	有效期至 Date of Expiry
X射线诊断水平 剂量仪	129012	1 μGy~ 1.0Gy	$U_{rel}=3.0\% (k=2)$	校准字第 202107010262 号、校准字第 202107010263号	2022-07-26

以上计量器具的量值溯源至国家基准。

The above measuring value of instruments could be traced to the primary standard of People's Republic of China.

☐ 我院仅对加盖“天津市计量监督检测科学研究院检定专用章”的完整证书负责;

Our Institute only takes responsibility for complete certificates stamped with the specified verification seal of "Tianjin Institute of Metrological Supervision and Testing".

☐ 本证书的检定结果仅对本次所检定的计量器具有效。

The results represent only the sample(s) of this verification.

☐ 报告中英文两种语言表达, 准确含义以中文为准。

The report is issued by both Chinese and English; any objection should be based on the Chinese expression.

天津市计量监督检测科学研究院检定证书

Verification Certificate of TIMST

证书编号: FYLY122039720-002
Certificate No.



检定结果

Results of Verification

检定项目	检定结果	技术要求
辐射输出的空气比释动能	383.4 μ Gy	不大于10 mGy
辐射输出的重复性	0.2 %	不大于10%
辐射输出的质	2.8 mmAl	不小于2.1 mmAl
空间分辨力	28 Lp/cm	不小于20 Lp/cm
低对比度分辨力	2.2 %	不大于2.2%
光野与照射野一致性	1.0 %	不超过所选SID的2.0%
X射线管电压	0.9 %	相对偏差不超过 $\pm$ 10%

以下空白



天津市计量监督检测科学研究院

Tianjin Institute of Metrological Supervision and Testing

检定证书

Verification Certificate

证书编号: FYLyl22039720-003
Certificate No.

送检单位

Name of Client

中国医学科学院血液病医院 (中国医学科学院血液学研究所)

计量器具名称

Name of Instrument

医用数字摄影 (CR、DR) 系统X射线辐射源

型号 / 规格

Model/Type

uDR 380i Pro

出厂编号

Serial No.

430005

制造厂

Manufacturer

联影

检定依据

Verification Regulation

JJG1078-2012 《医用数字摄影 (CR、DR) 系统X射线辐射源》

检定结论

Conclusion

合格

(机构检定专用章)

批准人:

Approved by

刘振林

核验员:

Checked by

蒋君杰

检定员:

Verified by

董新宇

检定日期

Date of Verification

2022

年

06

月

23

日

有效期至

Date of Expiry

2023

年

06

月

22

日



本院地址: 天津市南开区科研西路4号

Add.: No.4 KeYan West Road, NanKai District, Tianjin, China

邮编编码: 300192

Post Code

电子邮件: timstbmd@126.com

E-mail

服务电话: 022-23009329

Telephone

传真号码: 022-23009354

Fax

投诉电话: 022-23009322

Complaint Tel.

天津市计量监督检测科学研究院检定证书

Verification Certificate of TIMST

证书编号: FYLY122039720-003

Certificate No.



天津市计量监督检测科学研究院是国家法定计量检定机构

Tianjin Institute of Metrological Supervision and Testing is National Legal Metrological Verification Organization.

国家法定计量检定机构授权证书号: (国) 法计[2017]01009号

The number of Certificate of metrological authorization to The Legal Metrological Verification Institution is No.[2017]01009

检定环境条件及地点

Verification Environmental Conditions and Location

检定地点 Location	中国医学科学院血液病医院 (中国医学科学院血液学研究所) 放射科			
温度 Temperature	20.0℃	相对湿度 Relative Humidity	40%	其它 Others

检定使用的计量标准

Measurement Standard for Verification

名称 Name	测量范围 Measurement Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	计量标准证书编号 The Number of Measurement Standard Certificate	有效期至 Date of Expiry
医用数字摄影 (CR、DR) 系统X射线 辐射源检定装置	1.0 μGy~1.0Gy	$U_{rel}=3.0\% (k=2)$	[2021]津量标津法 证字第047号	2026-09-02

本次检定所使用的主要计量器具

Main Measuring Instruments Used in This Verification

名称 Name	出厂编号 Serial No.	测量范围 Measurement Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	计量器具 证书编号 Certificate No.	有效期至 Date of Expiry
X射线诊断水平 剂量仪	129012	1 μGy~ 1.0Gy	$U_{rel}=3.0\% (k=2)$	校准字第 202107010262 号、校准字第 202107010263号	2022-07-26

以上计量器具的量值溯源至国家基准。

The above measuring value of instruments could be traced to the primary standard of People's Republic of China.

☐ 我院仅对加盖“天津市计量监督检测科学研究院检定专用章”的完整证书负责;

Our Institute only takes responsibility for complete certificates stamped with the specified verification seal of 'Tianjin Institute of Metrological Supervision and Testing'.

☐ 本证书的检定结果仅对本次所检定的计量器具有效。

The results represent only the sample(s) of this verification.

☐ 报告中英文两种语言表达, 准确含义以中文为准。

The report is issued by both Chinese and English; any objection should be based on the Chinese expression.

天津市计量监督检测科学研究院检定证书

Verification Certificate of TIMST

证书编号: FYLY122039720-003
Certificate No.



检定结果

Results of Verification

检定项目	检定结果	技术要求
辐射输出的空气比释动能	457.3 μ Gy	不大于10 mGy
辐射输出的重复性	0.3 %	不大于10%
辐射输出的质	2.2 mmAl	不小于2.1 mmAl
空间分辨力	25 Lp/cm	不小于20 Lp/cm
低对比度分辨力	2.2 %	不大于2.2%
光野与照射野一致性	1.2 %	不超过所选SID的2.0%
X射线管电压	2.1 %	相对偏差不得超过 $\pm 10\%$

以下空白



天津市计量监督检测科学研究院

Tianjin Institute of Metrological Supervision and Testing

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: ZYLy122039722
Certificate No.

客户名称

Name of Client

中国医学科学院血液病医院（中国医学科学院血液学研究所）

客户地址

Address of Client

天津市和平区南京路288号

样品名称

Name of Instrument

医用磁共振成像系统

型号 / 规格

Model/Type

MANGNETOM Skyra 3.0T

出厂编号

Serial No.

145857

制造厂

Manufacturer

西门子

(机构校准专用章)



批准人

Approved by

刘振林

核验员

Checked by

蒋君杰

校准员

Calibrated by

董新宇

校准日期

Date of Calibration

2022

年

06

月

27

日



本院地址: 天津市南开区科研西路4号

Add.: No.4 KeYan West Road, NanKai District, Tianjin, China

邮编编码: 300192

Post Code

电子邮件: timstbmd@126.com

E-mail

服务电话: 022-23009329

Telephone

传真号码: 022-23009354

Fax

投诉电话: 022-23009322

Complaint Tel.

天津市计量监督检测科学研究所校准证书

Calibration Certificate of TIMST

证书编号: ZYLy122039722

Certificate No.



天津市计量监督检测科学研究所是国家法定计量检定机构

Tianjin Institute of Metrological Supervision and Testing is National Legal Metrological Verification Organization.

国家法定计量检定机构授权证书号: (国) 法计[2017]01009号

The number of Certificate of metrological authorization to The Legal Metrological Verification Institution is No.[2017]01009

校准所依据/参照的技术文件 (代号、名称)

Reference of the Calibration (Code, Name)

参照 JJF (津) 3002-2018 《医用磁共振成像系统校准规范》

校准环境条件及地点

Calibration Environmental Conditions and Location

校准地点 Location	中国医学科学院血液病医院 (中国医学科学院血液学研究所) 核磁室				
温度 Temperature	22.0℃	相对湿度 Relative Humidity	40%	其它 Others	/

校准所使用的计量标准

Measurement Standard of the Calibration

名称 Name	测量范围 Measurement Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	计量标准证书编号 The Number of Measurement Standard Certificate	有效期至 Date of Expiry
医用磁共振成像系 统校准装置	磁场强度: (0~ 3) T	MPE: $\pm 1\%$	[2021]津量标津法 证字第227号	2026-02-21

本次校准所使用的主要计量器具

Main Measuring Instruments Used in This Calibration

名称 Name	出厂编号 Serial No.	测量范围 Measurement Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	计量器具 证书编号 Certificate No.	有效期至 Date of Expiry
磁场强度检测 仪	0001933	(0~3) T	0.3%	DCcx2021- 11426	2022-09-14
核磁共振机综 合性能检测模 体	932	/	$l=0.06\text{mm}$ ($k=2$)	DLj12022- 00570	2024-01-16

以上计量器具的量值溯源至国家基准。

The above measuring value of instruments could be traced to the primary standard of People's Republic of China.

□ 我院仅对加盖“天津市计量监督检测科学研究所校准专用章”的完整证书负责;

Our Institute only takes responsibility for complete certificates stamped with the specified calibration seal of 'Tianjin Institute of Metrological Supervision and Testing'.

□ 本证书的校准结果仅对本次所校准的计量器具有效。

The results represent only the sample(s) of this calibration.

□ 报告中英文两种语言表达, 准确含义以中文为准。

The report is issued by both Chinese and English; any objection should be based on the Chinese expression.

天津市计量监督检测科学研究所校准证书

Calibration Certificate of TIMST

证书编号: ZYLYl22039722
Certificate No.



校准结果

Results of Calibration

校准项目	技术要求	校准结果
磁场强度误差	$\leq \pm 2\%$	-0.7%
信号噪声比 (SNR)	> 200	750
图像均匀性	$\geq 70\%$	94%
空间线性	$< 2.0\%$	0.5%
空间分辨力	$\geq 4.0\text{Lp/cm}$	5.0Lp/cm
低对比分辨力	应能分辨直径为6.0mm，深度为0.5mm的圆孔	能分辨直径为6.0mm，深度为0.5mm的圆孔
层厚	$\leq 1.0\text{mm}$	0.15mm
纵横比	90%~110%	99.9%
校准结果的不确定度 $U(k=2)$:	0.035 T	

以下空白

建议 (Suggestions):

- 被校准仪器修理后, 请立即进行校准。
The instrument shall be recalibrated timely if it is repaired.
- 在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。
The recalibration of instrument shall be repaired when a doubt of its measurement characteristics found in use.



天津市计量监督检测科学研究院

Tianjin Institute of Metrological Supervision and Testing

检定证书

Verification Certificate

证书编号: FYLyl22039723
Certificate No.

送检单位

Name of Client

中国医学科学院血液病医院（中国医学科学院血液学研究所）

计量器具名称

Name of Instrument

医用诊断X射线辐射源

型号/规格

Model/Type

EXS

出厂编号

Serial No.

024-0780

制造厂

Manufacturer

怡友

检定依据

Verification Regulation

JJG744-2004《医用诊断x射线辐射源》

检定结论

Conclusion

合格

(机构检定专用章)

批准人:

Approved by

刘振林

核验员:

Checked by

蒋君杰

检定员:

Verified by

董新宇

检定日期

Date of Verification

2022

年

06

月

24

日

有效期至

Date of Expiry

2023

年

06

月

23

日



本院地址: 天津市南开区科研西路4号

Add.: No.4 KeYan West Road, NanKai District, Tianjin, China

邮编编码: 300192

Post Code

电子邮件: timstbmd@126.com

E-mail

服务电话: 022-23009329

Telephone

传真号码: 022-23009354

Fax

投诉电话: 022-23009322

Complaint Tel.

天津市计量监督检测科学研究院检定证书

Verification Certificate of TIMST

证书编号:

FYLyl22039723

Certificate No.



天津市计量监督检测科学研究院是国家法定计量检定机构

Tianjin Institute of Metrological Supervision and Testing is National Legal Metrological Verification Organization.

国家法定计量检定机构授权证书号: (国) 法计[2017]01009号

The number of Certificate of metrological authorization to The Legal Metrological Verification Institution is No.[2017]01009

检定环境条件及地点

Verification Environmental Conditions and Location

检定地点 Location	中国医学科学院血液病医院 (中国医学科学院血液学研究所) 口腔科				
温度 Temperature	23.0℃	相对湿度 Relative Humidity	40%	其它 Others	/

检定使用的计量标准

Measurement Standard for Verification

名称 Name	测量范围 Measurement Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	计量标准证书编号 The Number of Measurement Standard Certificate	有效期至 Date of Expiry
医用诊断X射线辐射 源检定装置	1 μ Gy/s~ 1Gy/min	$U_{rel}=3.2\%$ ($k=2$)	[2020]津量标津法 证字第005号	2024-08-02

本次检定所使用的主要计量器具

Main Measuring Instruments Used in This Verification

名称 Name	出厂编号 Serial No.	测量范围 Measurement Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	计量器具 证书编号 Certificate No.	有效期至 Date of Expiry
多功能剂量仪	CB2- 07120075	1 μ Gy/s~ 1Gy/min	校准因子 N_k , $U_{rel}=3.2\%$ ($k=2$), 相对 固有误差1: $U_{rel}=4.0\%$ ($k=2$)	DLj12022- 00412, DLj12022-00413	2023-01-11

以上计量器具的量值溯源至国家基准。

The above measuring value of instruments could be traced to the primary standard of People's Republic of China.

☐ 我院仅对加盖“天津市计量监督检测科学研究院检定专用章”的完整证书负责;

Our Institute only takes responsibility for complete certificates stamped with the specified verification seal of "Tianjin Institute of Metrological Supervision and Testing".

☐ 本证书的检定结果仅对本次所检定的计量器具有效。

The results represent only the sample(s) of this verification.

☐ 报告中英文两种语言表达, 准确含义以中文为准。

The report is issued by both Chinese and English; any objection should be based on the Chinese expression.

天津市计量监督检测科学研究院检定证书

Verification Certificate of TIMST

证书编号: FYLyl22039723
Certificate No.



检定结果

Results of Verification

1、辐射输出的空气比释动能率:

检定条件: 65 kV 5 mA

检定结果: / mGy/min

2、辐射输出的质:

检定条件: 65 kV 5 mA

检定结果: 2.1 mmAl

3、辐射输出的重复性:

检定条件: 65 kV 5 mA

检定结果: 1.4 %

4、分辨力:

检定结果: / Lp/cm

5、X射线管的电压相对偏差:

检定结果: 3.0 %

以下空白

