

附件：

专业人员论证意见	专业人员	工作	职称
	姓名	单位	
<p>飞行质谱仪在血液病患者感染病原微生物诊断中占有非常重要的地位。该设备依托微生物核糖体蛋白的核质比，对微生物菌种/型进行精准分析，且时间快速，目前主要用于血流感染危急值检测报告及罕见病原微生物的鉴定。临床微生物实验室目前拥有飞行质谱仪 1 台，由法国生物梅里埃公司生产。为保证该设备的安全性、准确性、稳定性，仍需要专业供应商对仪器进行保养、维修、性能验证等服务。</p> <p>现役仪器累积使用时间已超过 5 年，目前高速泵已消耗超过 50%，机械泵已超预期使用寿命，直线探测器(6205330)消耗已超 95%，检测器调教已达上限，测试峰值仍不达标，需要立即更换相关配件。相关仪器的配件需要生物梅里埃公司提供。</p> <p>国药控股医学检验（天津）有限公司是生物梅里埃公司在天津市的总代理公司，因设备属于高精度高技术价值设备，暂无其他供应商能够提供维修服务，因此建议以单一来源方式采购。</p>	朱国庆	中国医学科学院血液病医院 （中国医学科学院血液学研究所）	卫生主管技师
	夏永辉		副主任技师
	林青松		卫生主管技师