

专业人员论证意见	专业人员	工作	职称
	姓名	单位	
	肖志坚	中国医学科学院血液病医院 （中国医学科学院血液学研究所）	主任医师
	孙琦		副主任医师
此项目用于本组 IDH1、IDH2、CEBPA、DNMT3A、NPM1、FLT3-ITD、SF3B1、MPL、MYD88、ABL 激酶、C-KIT、TCR/Ig 基因重排等 40 余项基因突变测序检测，需要在我院现有设备基因分析仪上开展（品牌：ABI，型号：3730XL），为保障实验效果，该设备只能使用原厂 ABI 品牌的试剂盒。	姚瑶		副研究员