

专业人员论证意见	专业人员	工作	职称
	姓名	单位	
此项目用于白血病 56 种融合基因、EP300::ZNF384、PAX5::Jak2、NUP98::NSD1、BCR::ABL P210/P190/P230 、 PML::RARA 、 AML1::ETO、CBFB::MYH11 等 30 余项融合基因表达定量检测，需要在我院现有设备荧光定量 PCR 仪上开展（品牌：Thermo，型号：ABI 7500），该设备使用原厂 Thermo 品牌的试剂才能保障实验效果与临床结果质量。	肖志坚	中国医学科学院血液病医院（中国医学科学院血液学研究所）	主任医师
	孙琦		副主任医师
	姚瑶		副研究员