

附件：专业人员论证意见

专业人员论证意见	专业人员	工作	职称
	姓名	单位	
所院现有 Bio-rad 品牌成像仪，型号为 ChemiDoc，具有化学发光、免染成像及普通凝胶成像功能。拟采购的多色荧光光源及滤光片 1 组使现有 ChemiDoc 升级为 ChemiDoc MP。升级后的 ChemiDoc MP 增加了五色荧光成像通道，分别对应可见光的红、绿、蓝及远红/近红外通道（700/800nm），可兼容市场上常见的各种荧光染料。在此设备上升级，只能使用 Bio-rad 的产品。 北京友华照钦医疗器械有限公司为 Bio-rad 生命科学产品在天津地区科研领域的唯一授权经销商，因此建议采用单一来源方式采购。	张磊		主任医师
	周圆	中国医学科学院血液病医院（中国医学科学院血液学研究所）	研究员
	任怡然		主管技师