

附件：专业人员论证意见

| 专业人员论证意见   | 专业人员<br>姓名 | 工作<br>单位                    | 职称     |
|--|------------|-----------------------------|--------|
| <p>输血科流式细胞仪(型号 BD FACSCanto II,序列号: R33896203620,资产编号: TBZY2023000412;型号 BD FACSLytic 序列号: Z663518000389,国资编号: TBZY2023000410;型号 BDFACSCantol, 序列号: R33896002998,国资编号: TBZY2023000411;)一台, 仪器自2023 年安装, 目前处于保外状态。流式细胞仪长期高频率使用, 设备需要高标准的维修保养, 如遇故障, 需要尽快维修。因此申请采购维保服务 3 年。</p> <p>碧迪医疗器械(上海)有限公司是流式细胞仪的生产厂家, 该设备属于高精尖技术产品, 维修需要的配件和专业技术暂无厂家之外的供应商能够提供。因此建议以单一来源方式进行维保, 由生产厂家进行维保。</p> | 李强         | 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所) | 卫生主管技师 |
|  | 孙佳丽        |                             | 副主任医师  |
|  | 施均         |                             | 主任医师   |