

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	李
	职称:	高级技师
	工作单位:	天津 医院
项目信息	项目名称:	中国医学科学院血液病医院（中国医学科学院血液学研究所）2026 年试剂耗材采购项目第二十二批
	供应商名称:	北京斑珀斯技贸有限责任公司
专业人员论证意见	中国医学科学院血液病医院拟采购的试剂耗材，为医院已有设备全自动配血及血型分析仪（型号：Zrytra）专用配套试剂耗材，其中分析血样的微管读取方法和微管读书装置、红细胞的悬浮介液、装载用于临床分析仪的试剂卡的设备、凝胶卡上用于完成凝胶卡上的免疫血液分析的仪器等相关内容，均获得发明专利证书，同类同级别的血型卡、抗人球卡及清洗液耗材，上机无法识别或使用，故最终采购基立福诊断股份有限公司生产的原装配套试剂。北京斑珀斯技贸有限责任公司是所购设备试剂耗材制造商基立福诊断股份有限公司中国境内唯一授权供应商，故此建议采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	李	日期 2026 年 7 月 5 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王 V)	
	职称: 工程师	
	工作单位: 天津 空港	
项目信息	项目名称: 中国医学科学院血液病医院 (中国医学科学院血液学研究所) 2026 年试剂耗材采购项目第二十二批	
	供应商名称: 北京斑珀斯技贸有限责任公司	
专业人员论证意见	该项目为中国医学科学院血液病医院 (中国医学科学院血液学研究所) 拟为设备合同中的血液分析仪 (型号: Fnytra) 采购配套试剂耗材, 其中分析白细胞的荧光读取方法和荧光读取装置, 该细胞是悬浮液, 装裁可开临床分析试剂的试剂, 试剂为片状可开完成试剂板卡中试剂板卡所以又相关内容的取得专利证书, 同类型试剂的白蛋白、抗人球蛋白试剂耗材, 由于无法识别和使用, 故思特科和港立福诊断股份有限公司生产的试剂耗材, 北京斑珀斯技贸有限公司是该试剂耗材的唯一供应商, 故建议采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	王 V)	日期 2026 年 7 月 15 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 王 宇	
	职称： 卫生事业管理研究员	
	工作单位： 天津市第二医院	
项目信息	项目名称：中国医学科学院血液病医院（中国医学科学院血液学研究所）2026 年试剂耗材采购项目第二十二批	
	供应商名称：北京斑珀斯技贸有限责任公司	
专业人员论证意见	本项目购买试剂为医院现有全自动凝血及血型分析仪（型号：Erytra）专用配套试剂耗材，其中分析血样的微管读数方法和微管读数装置，红细胞沉淀率试剂，装载于临床分析仪的试剂卡的设备，凝胶卡上用于完成凝胶卡上的免疫血液学分析的仪器等相关内容，均获国家发明专利证书，因此试剂的血型卡，抗人球蛋白试剂及清洗液耗材，上述无法仿制和使用，故与转平岭普立福诊断股份有限公司原厂生产的原装配套试剂。北京斑珀斯技贸有限公司是该试剂的唯一设备试剂耗材制造商普立福诊断股份有限公司中国境内唯一授权供应商。故建议采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	王 宇	日期 2026 年 7 月 15 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。