

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u> 王 </u>	
	职称: <u> 实验师 </u>	
	联系电话: <u> 1 </u> <u> 9 </u>	
	身份证号: <u> 12 </u> <u> 4 </u>	
	工作单位: <u> 天 </u> <u> 子 </u>	
项目信息	项目名称: 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所) 2026 年试剂耗材采购项目第七批	
	供应商名称: 北京中泓泰医疗器械有限责任公司	
专业人员论证意见	该项目为单一来源采购, 血研院内部也做了充分的论证, 经专家组论证, 本项目方案合理, 目标明确, 需求清晰, 预算合理, 经论证, 专家组认为, 该项目符合政府采购相关的要求, 论证通过, 建议实施采购。本试剂为专用配套试剂, 其他供应商无法提供同支持准的配套试剂。	
专业人员签字	<u> 王 </u>	日期: <u> 2026 </u> 年 <u> 7 </u> 月 <u> 23 </u> 日


注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。专业人员不能与论证项目有直接利害关系, 不能是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>王... 3</u>	
	职称: <u>卫生事业管理研究员</u>	
	联系电话: <u>13... 8</u>	
	身份证号: <u>12... 3</u>	
	工作单位: <u>...</u>	
项目信息	项目名称: 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所) 2026 年试剂耗材采购项目第七批	
	供应商名称: 北京中泓泰医疗器械有限责任公司	
专业人员论证意见	医院现有进行 IgG 检测的迈迪信自动操作仪为欧豪 (EUROBot Master II) 品牌设备, 该设备使用的试剂耗材为专用配套试剂, 与该设备精准匹配以满足检验要求, 非原厂试剂无法匹配而容易导致结果偏差进而影响诊断。 北京中泓泰医疗器械有限责任公司为该试剂在 <u>中国医学科学院血液病医院</u> 的授权供应商。 综上, 建议采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	-	日期: <u>2026</u> 年 <u>7</u> 月 <u>23</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。专业人员不能与论证项目有直接利害关系, 不能是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 1 1 1 1 1 1	
	职称: 副主任医师	
	联系电话: 13 - 1 - 5	
	身份证号: 12 - 1 - 1 - 1 - 1	
	工作单位: 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
项目信息	项目名称: 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)2026年试剂耗材采购项目第七批	
	供应商名称: 北京中泓泰医疗器械有限责任公司	
专业人员论证意见	该单位拟申请的试剂耗材(抗核抗体谱(IgG)检测试剂盒)项目系单位前期购置且正在运行使用的仪器的专用配套试剂, 该检测及处理软件算法的独家研发及知识产权与核心技术保护措施(不予开放试剂)使用其他品牌试剂不能保证其数据的准确性及可靠性。为保障检测数据的准确性, 建议以单一来源的方式, 由具有该项目独家授权的北京中泓泰医疗器械有限公司为供应商, 进行市场采购。	
专业人员签字		日期: 2026年7月23日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。专业人员不能与论证项目有直接利害关系, 不能是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。