

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李 强	
	职称: 副主任医师	
	联系电话: 138-1111-1111	
	身份证号: 110101198001010001	
	工作单位: 天津医科大学总医院	
项目信息	项目名称: 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)2026年试剂耗材采购项目第二十一批	
	供应商名称: 珠海立恒医疗诊断产品有限公司	
专业人员论证意见	该院现有西门子 Viva-E/pro 超声造影系统，使用的试剂及耗材品为检测试剂为西门试剂，使用试剂与设备紧密绑定。若更换试剂耗材，使检测结果准确性受到影响。其他品牌试剂会产生系统误差，报告准确性、准确性不达标。西门子国内授权代理商：珠海立恒医疗诊断产品有限公司为院内唯一授权代理商。综上所述，建议该项目以单一来源方式从有授权的供应商处进行采购。	
专业人员签字	李 强	日期: 2026 年 7 月 27 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。专业人员不能与论证项目有直接利害关系，不能是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>李乙</u>	
	职称: <u>主管医师</u>	
	联系电话: <u>1</u> <u>2</u>	
	身份证号: <u>1</u> <u>8</u>	
	工作单位: <u>天津</u> <u>造</u>	
项目信息	项目名称: 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所) 2026 年试剂耗材采购项目第二十一批	
	供应商名称: 珠海立恒医疗诊断产品有限公司	
专业人员论证意见	该院现有设备是西门子 Viva-E/ProE 全自动药物浓度分析仪, 该设备所使用的试剂及试剂盒等检测试剂为封闭试剂, 所有耗材均为原厂指定, 第三方产品无法兼容。更换非原厂会导致检测结果的不准确性, 会直接导致检测体系失效。 西门子国内授权代理商为珠海立恒医疗诊断产品有限公司为该院唯一授权代理商。 综上所述建议该项目以单一来源的方式进行采购。	
专业人员签字	<u>李乙</u>	日期: 2026 年 7 月 27 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。专业人员不能与论证项目有直接利害关系, 不能是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u> </u>	
	职称: <u>副教授</u>	
	联系电话: <u> </u>	
	身份证号: <u> </u>	
	工作单位: <u> </u>	
项目信息	项目名称: 中国医学科学院血液病医院（中国医学科学院血液学研究所）2026 年试剂耗材采购项目第二十一批	
	供应商名称: 珠海立恒医疗诊断产品有限公司	
专业人员论证意见	该院研究所购置了西凡子 Viva-z/Prof 全自动药物浓度分析仪。该设备所使用的试剂及质控品等检测试剂为封闭试剂，使用耗材与设备的软硬件深度绑定，更换第三方耗材会使检测结果的准确性、重复性造成较大偏差，该测量无法完成。西凡子国内授权代理商为珠海立恒医疗诊断产品有限公司为院内唯一授权代理商。综上所述建议该项目以单一来源的方式进行采购论证。	
专业人员签字	<u> </u>	日期: <u>2026</u> 年 <u>7</u> 月 <u>27</u> 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。专业人员不能与论证项目有直接利害关系，不能是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。